A-dec機器の保守点検チェックリスト*

患者ごと

- シリンジティップの*(超音)*波洗浄と滅菌
- ハンドピースの洗浄、潤滑剤塗布、滅菌
- ハンドピース管のフラッシュ
- バキュームラインの洗浄 *(口腔内手術の場合)*
- 人為接触面と器具接触面のクリーニングと滅菌
- 全バリアの交換

毎日または必要に応じて

- A-dec ICX®を使用したウォーターラインの保守
- カスピドールのフラッシュ（1分間）
- カスピドールのボウルとボウルスクリーンの洗浄
- バキュームラインの洗浄

毎週または必要に応じて

日付/時刻

- チェアーのトウボード（A-dec 311チェアー）またはトウボー ドカバーのクリーニング _____
- HVEと排唾管のバルブの洗浄 _____
- 固形物収集器の保守点検 *(週に2回)* _____
- オイルコレクターの保守 *(ハンドピースの保守にAssistinaを使用する場合は毎月実行)* _____
- 薬品残留物の除去（滅菌エリアを中性洗剤と水で洗浄） _____

毎月

日付/時刻

- 水質の監視と、必要に応じたウォーターラインの保守 _____
- オイルコレクターの保守 *(ハンドピースの保守にAssistinaを使用しない場合は毎週実行)* _____
- HVEと排唾管の0リングへの潤滑剤塗布 _____
- 歯科用ライトシールドの洗浄 *(51 mm x 5 mm［2インチ x 2インチ］四方のガーゼまたは柔らかい布を中性洗剤と水に浸し、シールドを傷付けないように洗浄)* _____

毎年

日付/時刻

- シリンジの0リングおよびボタン/バルブアセンブリの交換と潤滑剤塗布 _____
- HVEと排唾管の0リングの交換および潤滑剤塗布 _____
- フロアボックスまたはユーティリティエリアるエアーフィルタとウォーターフィルタの交換 _____

保守点検手順の詳細については、ご利用の機器に同梱されている取扱説明書を参照するか、www.a-dec.com をご覧ください。

a-dec

1.800.547.1883 米国/カナダ国内
1.503.538.7478 米国/カナダ国外
www.a-dec.com

86.0600.05 改訂C
Copyright 2012 A-dec Inc.
All rights reserved.